

附件 1

# 高校实验室安全分级表

| 安全级别                        | 参考分级依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I级/红色级<br>实验室(重大<br>风险实验室)  | 实验室有以下情况之一的：<br>(1) 实验原料或产物含剧毒化学成分；<br>(2) 使用剧毒化学品；<br>(3) 存储第一类易制毒品、第一类精神药品；<br>(4) 存储易燃易爆化学品总量大于 50kg 或 50L；<br>(5) 存储有毒、易燃气体总量≥6 瓶；<br>(6) 生物安全 BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4 实验室；<br>(7) 使用 I、II 类射线设备；<br>(8) 使用放射性同位素、放射源、核材料；<br>(9) 使用机电类特种设备；<br>(10) 使用超高压等第三类压力容器；<br>(11) 使用强磁、强电设备；<br>(12) 使用 4、3R、3B 类激光设备；<br>(13) 使用富氧涉爆实验室自制设备；<br>(14) 高校自行规定的其他情况 |
|                             | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到 100 分的实验室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II级/橙色级<br>实验室(高风<br>险实验室)  | 实验室有以下情况之一的：<br>(1) 存储第二类精神药品；<br>(2) 存储易燃易爆化学品总量为 20~50kg 或 20~50L；<br>(3) 存储有毒、易燃气体总量为 3~6（不含）瓶；<br>(4) 生物安全 BSL-2、ABSL-2 实验室；<br>(5) 使用第一类、第二类压力容器；<br>(6) 高校自行规定的其他情况                                                                                                                                                                                         |
|                             | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III级/黄色级<br>实验室(中风<br>险实验室) | 实验室有以下情况之一的：<br>(1) 存储第二/三类易制毒品；<br>(2) 生物安全 BSL-1、ABSL-1 实验室；<br>(3) 基础设备老化；<br>(4) 高校自行规定的其他情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 安全级别                   | 参考分级依据                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IV级/蓝色级<br>实验室(低风险实验室) | 实验室有以下情况之一的：<br>(1) 不涉及重要危险源的实验室；<br>(2) 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室；<br>(3) 高校自行规定的其他情况 |
|                        | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室                                                  |

注：

1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《高校实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。

2.对于既有本表所列参考情况，又有《高校实验室安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。